Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Oddelenie verejného obstarávania

Záujemca

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Nitra
ŽoV 24.01.2023	05689/2023/VO	Mgr. Masarik	27.01.2023

Vec
Vysvetlenie súťažných podkladov 1

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke **Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou** uverejnenej vo Vestníku VO č. 15/2023 - 23.01.2023 označenie 2028 – MST a Vestníku EÚ č. 2023/S 015-039700 zo dňa 20.01.2023 zasielame nasledovné:

Otázka záujemcu:

1. Načo sú obstarávateľovi postele s kolieskami s centrálnou brzdou, nepresahujúce pôdorys lôžka pri transporte ?
   Poznám ZSS NSK, nemajú zárubne na izbách prijímateľov sociálnych služieb široké aspoň 110 cm. Do úvahy teda vôbec nepripadá transport klientov v priestoroch zariadenia. Je to nezmyselná požiadavka predražujúca cenu postelí, pretože táto funkcia sa absolútne v zariadení nevyužije. V dnešnej ekonomicky náročnej dobe ide minimálne o plytvanie verejnými financiami, ak nie o niečo horšie. Jediné zariadenie na Slovensku, ktoré poznám, ktoré spĺňa priestorové podmienky na používanie postelí od LINET-u je ARCUS v Košiciach, kde som viac rokov po sebe dodával postele Movita od firmy Linet. Samozrejme nie s centrálnou brzdou a delenými postrannicami. V ARCUSE majú zárubne 120 cm, široké chodby a lôžkové výťahy. S posteľami aj tak nechodia s klientmi po zariadení, pretože nie sú nemocnicou ! Na posteliach sa transportujú iba pacienti v nemocniciach a aj to iba na niektorých oddeleniach v rámci intenzívnej zdravotnej starostlivosti. Viete mi vysvetliť požiadavku, načo treba v tomto prípade obstarávateľovi postele s centrálnou brzdou ?

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:

Každá posteľ v prípade požiaru v ZSS je vybavená evakuačnou podložkou, tým je pri požiari bezpečnosť klientov zabezpečená a nie je potrebná evakuácia klientov s posteľou.
S posteľami sa bežne nemanipuluje na chodbách, nepremiestňujú sa.
V ZSS sa zvyšujú nároky na poskytovanie komplexnej starostlivosti. Ide najmä o imobilných klientov, prípadne hypomobilných, v týchto prípadoch je nevyhnutné dodržať § 10 zákona č. 448/2008 Z. z.
Kolieska s centrálnou brzdou môžu byť náhradne riešené mechanickým blokovaním (zastabilizovaním) kolies.

tel.:037 6925914 www.unsk.sk e-mail: michal.masarik@unsk.sk

Otázka záujemcu:

2. Prečo obstarávateľ požaduje lôžko pevnej konštrukcie, nie skladacie ? Požiadavka je veľmi zavádzajúco sformulovaná. Ide iba o ložnú plochu. Tá môže mať rám pevný (postele Movita alebo Sentida od Lin

Vyjadrenie verejného obstarávateľa:

Lôžko pevnej konštrukcie je požiadavkou ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK z toho dôvodu, že klient na ňom leží 365 dní v roku, a ležiaci 20 hodín denne. Posteľ s takouto konfiguráciou je bežná a máme ju vo viacerých našich zariadeniach. Skladacia posteľ je len na určitý čas 3 – 4 týždne, maximálne 2 mesiace a nie je komfortná.
Do ZSS sa prijímajú prijímatelia sociálnej služby prevažne s imobilizačným syndrómom, kde lôžko pevnej konštrukcie zabezpečuje aj bezpečnú prácu s klientom na lôžku.

S pozdravom

Mgr. Michal Masárik
odborný referent pre VO